

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1629

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 05.11.2020


 AB 1629	Nazwa i adres / Name and address ChM sp. z o.o. Lewickie 3B 16-061 Juchnowiec Kościelny
Kod identyfikacyjny / Identification code¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- J/8 - K/17 - N/21	- Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych / Mechanical tests, metallographic tests of construction products and materials - Badania mikrobiologiczne wyrobów innych / Microbiological tests of other products - Badania właściwości fizycznych wyrobów z tworzyw sztucznych / Tests of physical properties of plastic products

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH
I FIZYCZNYCH


ANDRZEJ KOBER

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1629 z dnia 05.11.2020 r.
Cykl akredytacji od 05.11.2020 r. do 23.11.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1629 of 05.11.2020
Accreditation cycle from 05.11.2020 to 23.11.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Pomiarowe Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Metale, stopy metali, wyroby metalowe	Właściwości mechaniczne: - umowna granica plastyczności R_p - wyraźna granica plastyczności R_e - wytrzymałość na rozciąganie R_m - wydłużenie ekstensometryczne A_g, A_t, A_{gt} - wydłużenie A - przewężenie Z Zakres: siła do 100 kN Metoda: Próba rozciągania w temperaturze pokojowej	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B
	Właściwości mechaniczne: - wytrzymałość na zginanie - sztywność zginania K - strukturalna sztywność zginania E_{le} Zakres: siła do 100 kN Metoda: Statyczna próba 4-punktowego zginania	ASTM F382-17 Annex A1
	Wielkość ziarna Metoda porównawcza wg skali wzorców Metoda siecznych Metoda planimetryczna Mikroskopia optyczna	ASTM E112-13 PN-EN ISO 643:2020-07

Wersja strony: A

Laboratorium Mikrobiologiczne Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby medyczne (implanty i narzędzia)	Liczba drobnoustrojów Liczba bakterii tlenowych Liczba grzybów (drożdże i pleśnie) Zakres: od 1 jtk/wyrób Metoda: Filtracja membranowa	PN-EN ISO 11737-1:2018-03
	Jałowość Metoda hodowlana: zanurzenie bezpośrednie, filtracja membranowa	PN-EN ISO 11737-2:2010

Wersja strony: A

Laboratorium Fizykochemiczne Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby z tworzyw sztucznych (polimery)	Lepkość istotna Metoda: kapilarna przy użyciu wiskozymetrów Ubbelohde 0c	ISO 13781:2017 p. 5.3.1 PN-EN ISO 1628-1:2009

Wersja strony: A


Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1629

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH
I FIZYCZNYCH


ANDRZEJ KOBER
dnia: 05.11.2020 r.