

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1629**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 11 z/of 20.07.2026

 AB 1629	Nazwa i adres / Name and address ChM sp. z o.o. Lewickie 3B 16-061 Juchnowiec Kościelny
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- C/28 - J/8 - K/17	- Badania chemiczne wody / Chemical tests of water - Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych / Mechanical tests, metallographic tests of construction products and materials - Badania mikrobiologiczne wyrobów innych / Microbiological tests of other products

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH


MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1629 z dnia 05.11.2020 r.
Cykl akredytacji od 31.10.2024 r. do 23.11.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1629 of 05.11.2020
Accreditation cycle from 31.10.2024 to 23.11.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Biomechaniczne Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Metale, stopy metali, wyroby metalowe	Właściwości mechaniczne: - umowna granica plastyczności R_p - wyraźna granica plastyczności R_e - wytrzymałość na rozciąganie R_m - wydłużenie ekstensometryczne A_g, A_t, A_{gt} , - wydłużenie A - przewężenie Z Zakres: siła do 100 kN Metoda: Próba rozciągania w temperaturze pokojowej	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B
	Właściwości mechaniczne: - wytrzymałość na zginanie - sztywność zginania K - strukturalna sztywność zginania EI_0 Zakres: siła do 100 kN Metoda: Statyczna próba 4-punktowego zginania	ASTM F382-24 Annex A1
	Wielkość ziarna Metoda porównawcza wg skali wzorców Metoda siecznych Metoda planimetryczna Mikroskopia optyczna	ASTM E112-25 PN-EN ISO 643:2025-02
	Wytrzymałości mechaniczne: - obciążenie maksymalne, - przemieszczenie przy obciążeniu maksymalnym, - obciążenie przy 2% odkształcenia, - przemieszczenie w zakresie sprężystym, - sztywność zginania Metoda: statyczna próba kompresyjnego zginania	ASTM F1717-21

Wersja strony: A

Laboratorium Mikrobiologiczne Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby medyczne (implanty i narzędzia)	Liczba drobnoustrojów Liczba bakterii tlenowych Liczba grzybów (drożdże i pleśnie) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11737-1:2018-03
	Jałowość Metoda hodowlana: zanurzenie bezpośrednie, filtracja membranowa	PN-EN ISO 11737-2:2020-11

Wersja strony: A

Laboratorium Fizykochemiczne Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Stężenie ogólnego węgla organicznego OWO Zakres: (0,2 – 10) mg/l Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR)	PN-EN 1484:1999
	Stężenie pierwiastków Zakres: Mo (5,0 - 1000) µg/l Pb (5,0 - 1000) µg/l Co (3,0 - 1000) µg/l Ni (3,0 - 1000) µg/l Cr (3,0 - 1000) µg/l V (3,0 - 1000) µg/l Cu (3,0 - 1000) µg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009

Wersja strony: A


Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1629

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH


MARIA SZAFRAN
dnia: 20.07.2026 r.